



检定证书

证书编号: LLRZ17-0270

送检单位	石家庄西比克仪表有限公司
计量器具名称	标准表法流量标准装置
型号/规格	DN20-DN300
出厂编号	cbic001
制造单位	石家庄西比克仪表有限公司
检定依据	JJG643-2003《标准表法流量标准装置》
检定结论	准予作为0.3级计量器具使用

批准人 魏兵

核验员 齐晓强

检定员 单少雄

检定日期 2017 年 08 月 01 日

有效期至 2018 年 07 月 31 日

地址 (Add): 石家庄市鹿泉区上庄大街河北省计量院/石家庄市桥西区友谊南大街 175 号
电话: 电话/传真 (Tel/Fax): 0311-83895464/65 (市场开发部) 邮编 (Post Code): 050000
0311-83895467/83895472/88606666 (客户服务中心) E-mail: hbjl_ywb@163.com



证书编号 LLRZ17-0270

检 定 结 果

一、检定标准表的流量标准装置

详见标准表证书 LLYD17-0058、LLYD17-0132、LLYD17-0138;

二、标准表法流量标准装置:

1. 流量范围: $(0.14 \sim 500) \text{ m}^3/\text{h}$;
2. 扩展不确定度: $U=0.3\%$, $k=2$;
3. 流量稳定性: $E_{q_i}=0.25\%$;
4. $t_{\text{min}}=90\text{s}$;
5. 标准表: LLYD17-0058、LLYD17-0132、LLYD17-0138。

(以下空白)

提示: 1. 该计量器具修理后, 应立即检定。

2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 请重新检定。

3. 如该计量器具使用过于频繁或使用环境过于恶劣等, 建议缩短检定周期。

4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。



河北省计量监督检测研究院

证书编号 LLRZ17-0270

检定机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

检定环境条件及地点:

温度	25	℃	地点	石家庄西比克仪表有限公司
相对湿度	60	%	其他	/

检定使用的计量标准装置:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
二等金属量器标准装置	(2~1000) L	±0.025%	[2014]冀量标法证字第027号	2018-04-17

检定使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
/	/	/	/	/