



河北省计量科学研究所

检定证书

证书编号: LXYP17-1354

送检单位	石家庄西比克仪表有限公司
计量器具名称	压力表
型号/规格	(详见后页)
出厂编号	(共2件 详见后页)
制造单位	(详见后页)
检定依据	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
检定结论	合格

批准人	
核验员	
检定员	

检定日期 2017年06月07日

有效期至 2017年12月06日

地址: 石家庄市友谊南大街175号

电话: 0311-88606665 (检测业务部)

0311-88606666 (客户服务中心)

邮编: 050051

传真: 0311-88606665

E-mail: hbjl_ywb@163.com



河北省计量科学研究所

证书编号 LXYP17-1354

检定机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

检定环境条件及地点:

温 度	20 ℃	地点	9 栋 306 室
相对湿度	35 %	其他	----

检定使用的计量标准装置:

名 称	测量范围	不确定度/准确 度等级/最大允 许误差	计量标准 证书号	有效期至
精密压力表 标准装置	(-0.1-60) MPa	0.4 级	2014 冀量法字 第 098 号	2018-11-16

检定使用的主要计量标准器:

名 称	测量范围	不确定度/准确 度等级/最大允 许误差	检定/校准证书 编号	有效期至
精密压力表	(-0.1-60) MPa	0.4 级	LXYB17-5154~5166	2018-02-20



证书编号 LXYP17-1354

检 定 结 果

	器具名称	规格型号	出厂编号	生产厂家	结果
1	压力表	(0~6) MPa	3759	中国红旗仪表有限公司	1.6 级合格
2	压力表	(0~6) MPa	3385	中国红旗仪表有限公司	1.6 级合格

--以下空白--

- 提示:
1. 该计量器具修理后, 应立即检定。
 2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 请重新检定。
 3. 如该计量器具使用过于频繁或使用环境过于恶劣等, 建议缩短检定周期。
 4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。



河北省计量监督检测院

检定证书

证书编号: W82217-0268

送检单位	石家庄西比克仪表有限公司
计量器具名称	工业铂电阻
型号/规格	WZP-230
出厂编号	090508
制造单位	天津中环温度仪表有限公司
检定依据	JG229-2010 工业铂、铜热电阻
检定结论	准予作 A 级合格使用

批准人

核验员

检定员

检定日期 2017 年 02 月 06 日

有效期至 2018 年 02 月 05 日

地址: 石家庄市友谊南大街 175 号
电话: 0311-88606665 (检测业务部)
0311-88606666 (客户服务中心)

邮编: 050051
传真: 0311-88606665
E-mail: hbjl_ywb@163.com



证书编号 WSZZ17-0268

检 定 结 果

项目	数据
$R(0^{\circ}\text{C})/\Omega$	99.977
$R(100^{\circ}\text{C})/\Omega$	138.490
α	0.0038522

——以下空白——

- 提示:
1. 该计量器具修理后,应立即检定。
 2. 在使用过程中,如对该计量器具的计量性能产生怀疑,请重新检定。
 3. 如该计量器具使用过于频繁或使用环境过于恶劣等,建议缩短检定周期。
 4. 未经本实验室书面批准,本证书不得部分复印。



河北省计量监督检测院

检定证书

证书编号: WSGB17-0055

送检单位	石家庄西比克仪表有限公司
计量器具名称	数显调节仪
型号/规格	XMTD-2202
出厂编号	Z170227012
制造单位	余姚市工业仪表二厂
检定依据	JJG617-1996 数字温度指示调节仪
检定结论	1.0 级合格

批准人 刘红芳
核验员 张 昆
检定员 赵 伟

检定日期 2017 年 03 月 03 日
有效期至 2018 年 03 月 02 日

地址: 石家庄市友谊南大街 175 号
电话: 0311-88606665 (检测业务部)
0311-88606666 (客户服务中心)

邮编: 050051
传真: 0311-88606665
E-mail: hbjl_ywb@163.com



河北省计量监督检测院

证书编号 WSZZ17-0268

检定机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。

法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

检定环境条件及地点:

温度	20.0	℃	地点	河北省计量监督检测院
相对湿度	30.0	%	其他	

检定使用的计量标准装置:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
二等铂电阻温度计标准装置	$(-60 \sim 300) ^\circ\text{C}$	$U = (0.003 \sim 0.03) ^\circ\text{C}$ $k=2$	(2013)冀量标法 证字第155号	2017-10-29

检定使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
二等标准铂电阻温度计	$(0 \sim 419.527) ^\circ\text{C}$	二等	WSZZ15-0154	2017-12-10
二等标准铂电阻温度计	$(-200 \sim 0) ^\circ\text{C}$	二等	RGcp2015-0385	2017-11-19



河北省计量监督检测院

证书编号 WSGB17-0055

检定机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

检定环境条件及地点:

温度	20 ℃	地点	河北省计量监督检测院 8 号楼 321 室
相对湿度	30 %	其他	/

检定使用的计量标准装置:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
温度二次仪表检定装置	(0~100.00)mV (0~10.0000)V (0~25)mA (0.01~111111.11)Ω	0.01 级	[2015]冀量标法证字第 124 号	2019 年 02 月 11 日

检定使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
直流标准信号源	(0~100.00)mV (0~10.0000)V (0~25)mA	0.01 级	DCDS16-JZ8038	2017 年 11 月 05 日
精密直流电阻箱	(0.01~111111.11)Ω	0.01 级	DCZX17-0035	2018 年 02 月 15 日

- 提示: 1. 该计量器具修理后, 应立即检定。
2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 请重新检定。
3. 如该计量器具使用过于频繁或使用环境过于恶劣等, 建议缩短检定周期。
4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。